

Det er DASAIMs holdning, at der ikke foreligger evidens for, at der anbefale brug af steril kittel ved anlæggelse af neuroaksial anæstesi, herunder spinal og epidural.

DASAIM anbefaler derfor imod anvendelsen af steril kittel ved disse procedurer.

Statens Serum Institut (SSI) har i 3. udgave af *Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer* fra 2024 (1) – på trods af DASAIMs indsigelser i høringssvaret – anbefalet, at anlæggelse af spinal og epidural skal foregå med brug af steril kittel.

De referencer, som SSI henviser til i retningslinjen – samt disses underliggende kilder – vurderes af DASAIM ikke at kunne danne et tilstrækkeligt grundlag for denne anbefaling.

I Danmark har det i mere end 20 år ikke været kutyme at anvende steril kittel ved anlæggelse af neuroaksial anæstesi. DASAIM finder ikke grundlag for at ændre denne praksis. Tværtimod vurderes det, at en sådan ændring vil medføre unødvendige udgifter, øget miljøbelastning og unødige forsinkelser i arbejdsgangen.

Efter DASAIMs opfattelse er der ingen indikation for, at Danmark har højere infektionsrater end eksempelvis England, hvor anbefalingen om steril kittel stammer fra. Det skal desuden bemærkes, at brug af steril kittel **ikke** anbefales i nogen af de øvrige nordiske lande.

DASAIM understreger naturligvis vigtigheden af streng aseptisk teknik ved anlæggelse af neuroaksial anæstesi. Dette indebærer brug af operationshue, sterile handsker og mundbind.

DASAIMs bestyrelse